

PRÜFBERICHT

Nr.:WILMEC-HT1-0001-02

Prüfgegenstand : Schienenhöhen_Abtragsmessgerät HT1

Gerätenummer : 0001

Auftraggeber : Fa. WILMEC snc di Tona Luigi & C.
Viole del Lavoro, 58-Z.I
32010 Pieve d'Alpago (BL)-ITALY

Tag der Prüfung : 25.06 bis 03.07.2002

Prüfergebnis : Die erweiterte Messunsicherheit des Gerätes beträgt
 $U_{erw} = 0,0125 \text{ mm}$ $k = 2$
Das vollständige Messergebnis lautet:
 $Y = y \pm U$ y - gemessener Wert

Die vom Hersteller angegebene Spezifikation ($U = \pm 0,015 \text{ mm}$)
wird somit unter den Bedingungen auf Seite 2 eingehalten.

Der Prüfbericht umfaßt 5 Seiten und 1 Anlage


Gültigkeitsdauer: Dieser Prüfbericht wird ungültig, wenn der Prüfgegenstand geändert oder überholt wird.

Datum

Leiter

Bearbeiter

19.07.2002



Pieper, Vogt, Windisch